



## **ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"**

### **РАЗЯСНЕНИЕ 3**

<b>До:</b>	Всички фирми изтеглили пълния електронен комплект документация за участие и приложенията към нея по процедура ТТ001628	<b>Дата:</b>	28.06.2017
<b>От:</b>	Звезделина Борисова		
<b>Тел:</b>	02/81 22 182	<b>Факс:</b>	02/81 22 588/589

Разяснение по процедура с номер **ТТ001628** и предмет **„Доставка на реагенти, референтни материали, среди, щамове, стъклария и консумативи за химични и биологични анализи“**.

Във връзка с възникнали въпроси на фирми, изтеглили пълният електронен комплект документация за участие в процедурата, отнасящи се до Обособена позиция 1 Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стъклария и консумативи, прилагаме следното разяснение:

**Въпрос №1:** За раздел „Сертифицирани референтни материали (СРМ) със сертификати по ISO 17034 (или Guide 34 и ISO 17025)“ – съгласно изискванията от документацията за Обособена позиция 1, инструкция към участниците, точка 17.2.4. – ще приеме ли възложителя вместо анализен сертификат и при видно неналичие на готов продукт, стандарти изработени по поръчка на клиента (Възложителя) в случай, че участника предостави следните документи:

-спецификация, издадена от производителя като доказателство за съответствие с техническите параметри за съответния материал.

-декларация от производителя, че всички поръчкови стандартни материали ще отговарят на посочените от възложителя в т.17.2.4, като реферира в декларацията към видни и проследими обхвати на акредитации съгласно ISO 17034 (или ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025)

#### **Разяснения по въпрос №1:**

Участникът следва да представи документи, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.


**Въпрос №2:** Обособена позиция 1, позиции 590 до 598 – „Автоматични микропипети, автоклавируеми с нагласяем ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025“- следва ли участника да представи примерен сертификат по ISO 17025 в документацията или е достатъчно попълване от участника в колона „Каталог-име страница/линк“ информацията за наличие на сертификата или акредитация на производителя съгласно ISO 17025 – видна и проследима в каталог, уеб сайт и т.н.



**Разяснения по въпрос №2:**

Участникът не следва да предоставя примерен сертификат по ISO 17025. Достатъчно е да попълни в колона „Каталог-име страница/линк“ информацията за наличие на сертификата или акредитация на производителя съгласно ISO 17025 - видна и проследима в каталог, уеб сайт и т.н.

С уважение,



Звезделина Борисова  
Старши специалист  
„Снабдяване“