

## ПРОТОКОЛ №1

На 18.10.2018 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-638/18.10.2018 г. комисия в състав:

1. **ПРЕДСЕДАТЕЛ:** \_\_\_\_\_ – Мениджър ЛИК  
и членове:
2. \_\_\_\_\_ а- Отговорник звено биология в ЛИК – техническо лице
3. \_\_\_\_\_ юрисконсулт“;
4. \_\_\_\_\_ Финансова дирекция“;
5. \_\_\_\_\_ з – Старши специалист Снабдяване  
и резервни членове:
6. \_\_\_\_\_ ва - Отговорник по качеството с ЛИК
7. \_\_\_\_\_ - Финансова дирекция ,
8. / \_\_\_\_\_ Юрисконсулт;
9. \_\_\_\_\_ а - Юрисконсулт;
10. | \_\_\_\_\_ зарова – Юрисконсулт
11. | \_\_\_\_\_ т – Юрисконсулт
12. | \_\_\_\_\_ ефанова – Мениджър „Снабдяване“;
13. | \_\_\_\_\_ чкова - Старши специалист „Снабдяване“;
14. | \_\_\_\_\_ в - Старши специалист „Снабдяване“;
15. | \_\_\_\_\_ ников – Старши специалист „Снабдяване“;
16. | \_\_\_\_\_ Старши специалист „Снабдяване“;
17. | \_\_\_\_\_ – Координатор „Снабдяване“;
18. | \_\_\_\_\_ орисова - Старши специалист „Снабдяване“;
19. | \_\_\_\_\_ а - Старши специалист „Снабдяване“;
20. | \_\_\_\_\_ - Старши специалист „Снабдяване“;

се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер ТТ001797 и предмет „Доставка на Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини“ открита с Решение ДР-596/26.09.2018 г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 26.09.2018 г. под номер 00435-2018-0080, и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП, да отвори представените оферти, да оповести съдържанието им и да провери наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

След запознаване със съдържанието на регистъра за подадени оферти председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал.9 и 13 от ППЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав.

КОМИСИЯ

...  
Весела Стефанова

Сениха Мазгалджиева

Елена Петрова

Геменуга Денчовска

Марияна Вратюванова

На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти присъстваха: упълномощен представител на участника „Ес Джи пи Био Дайнамикс“ ООД – Иван Григоров и управител на фирма „Аналитични системи и консултации“ ЕООД. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, след като получи протокола чл.48, ал.6 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра, в който са описани офертите при подаването им:

№	1	2	3
<b>Дата и час на подаване:</b>	На 02.10.2018 г. в 14:01 часа	На 17.10.2018 г. в 13:27 часа	На 17.10.2018 г. в 15:36 часа
<b>Участник-фирма:</b>	<b>„Аналитичен Сервиз и Консултации “ ЕООД</b> ЕИК 200984964	<b>„Ридаком “ ЕООД</b> ЕИК 175040885	<b>„Ес Джи пи Био Дайнамикс“ ООД</b> ЕИК 121803081
<b>Тел.:</b>	0887953116	02/9559998	02/9433071
<b>Факс:</b>	0887953116	02/9586568	02/9433071
<b>Имейл:</b>	emil.sh59@gmail.com	op@ridacom.com	office@sgbiodynamics.com
<b>Представяван от:</b>	Емил Шопов Управител	Дечо Петров Дечев-Управител	
<b>Седалище и адрес на управление:</b>	гр. София 1000, ул.“Хемус” №16,вх. Б, ет.4, ап. 27	гр. София 1618, ул.“Коломан”, офис 217	гр. София 1202, ул.“Бачо Киро” №47

**1. Участник „Аналитичен Сервиз и Консултации “ ЕООД:** Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието ѝ и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което Комисията извърши действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

**2. Участник „Ридаком“ ЕООД:** Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието ѝ и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което Комисията извърши действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

**3. Участник „Ес Джи пи Био Дайнамикс“ ООД:** Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието ѝ и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което Комисията извърши действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

**КОМИСИЯ**

Весели Стефанова

Сениха Мазгалджиева

Елена Петрова

Елена Денчева

Марияна Вратованова

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 18.10.2018 г. членовете на комисията разгледаха по същество подадените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**4. Участник „Аналитичен Сервиз и Консултации “ ЕООД** Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от участника и установи, че участникът е представил изискуемите от възложителя документи в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания. Представените документи отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и на ЗОП.

**5. Участник „Ридаком“ ЕООД** Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от участника и установи, че участникът е представил изискуемите от възложителя документи в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания. Представените документи отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и на ЗОП.

**6. Участник „Ес Джи пи Био Дайнамикс“ ООД** Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от участника и установи, че участникът е представил изискуемите от възложителя документи в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания. Представените документи отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и на ЗОП.

След като установи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията разгледа техническите предложения на участниците:

#### **7. Участник „Аналитичен Сервиз и Консултации “ ЕООД.**

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в т.17.5.4. от Инструкции към участниците: *Участникът представя Техническо предложение за изпълнение на поръчката с пълно описание на техническите характеристики на стоките, с които Участникът участва в процедурата по образец и попълнени колони: „Техническо предложение на участника“ и „Линкове или електронни адреси към предложението на участника“.*

*Техническото предложение трябва да бъде изготвено съобразно изискванията на документацията за участие, включително на изискванията на Раздел А: Техническо задание – предмет на договора.*

Техническото предложение на Участника следва да съдържа, за стоката, предмет на ценовата таблица, респективно и на Приложение №1, минимум: попълнено и подписано Приложение 1 „Технически спецификации и изисквания на Възложителя“, от Раздел А: Техническо задание. В Приложение 1, Участникът посочва техническите характеристики на предлаганата от него стока, както и производителя, марката и модела и линкове или електронни адреси; каталог (каталожни страници) или брошури на български език, съдържащ технически параметри и илюстрации (за апаратурата) на предлаганата стока. Посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1, както и на изискванията на Възложителя описани в Раздел А: Техническо задание. Всички параметри за отделните компоненти от Техническото задание, работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка трябва да бъдат

**КОМИСИЯ**

Владислав Стефанов

Снежана Пашалиджиева

Елена Петрова

Татяна Делчева

Марияна Вратованова

потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. За целта Участникът предоставя линкове или електронни адреси.

- 7.1.** Комисията констатира, че по т.3 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, предложената от участника PCR интегрирана система е с габаритен размер-дълбочина 38,6 см., което не отговаря на заложените от възложителя изисквания за дълбочина, в интервал от 45 до 55 см.
- 7.2.** Комисията констатира, т.4 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва, че предложената от него PCR интегрирана система работи при условия на околната среда: *влажност до 80% (без кондензация) и температура от 18°C до 30°C*. Тази информация липсва в представената от участника оригиналната брошура на производителя, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.
- 7.3.** Комисията констатира, по т.6 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва, че предложената от него PCR интегрирана система дава възможност за използване на 5 отделни LED светлинни източника, в комбинация с поне 5 различни детектиращи филтъра и високочувствителен детектор. Тази информация липсва в представената от участника оригиналната брошура на производителя, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка, да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.
- 7.4.** Комисията констатира, по т.7 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва, че времето за отчитане на сигнала, в предложената от него PCR интегрирана система е  $\leq 4$  секунди. В представената от участника оригиналната брошура на производителя е посочено време за отчитане (scan period) 5,5 s., с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя времето за отчитане на сигнала да не е повече от 4 секунди. Декларираното от участника време не е потвърдено чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.
- 7.5.** Комисията констатира, по т.9 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва стъпка на нагряване  $4^{\circ}\text{C/s}$ , с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя за стъпка на нагряване  $>6^{\circ}\text{C/s}$ .
- 7.6.** Комисията констатира, по т.10 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва наличие на ротор диск, работещ с 96 броя епруветки с обем 0,1-0,2 ml и блок система за 96 ямкови плаки /епруветки с 0,2 ml с керамични ямки или 12\*8 strip. В представената от участника оригиналната брошура на производителя не се открива доказателство за наличие на ротор диск и не става ясно дали PCR интегрирана система работи с ротор диск или с блок система за 96 ямкови плаки, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на

КОМИСИЯ

Бисера Стефанова

Светлана Пастърджиева

Светла Петрова

Темелуга Делчева

Марияна Вратова

комплексна количествена оценка, да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.

- 7.7.** Комисията констатира, по т.12 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва хомогенност на температурата  $0,1^{\circ}\text{C}$ , но в приложената брошура на производителя за PCR интегрираната система е записано „ $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ “, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
- 7.8.** Комисията констатира, по т.14 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва наличието на Лицензиран софтуер за отчитане и наблюдение на PCR-реакцията в реално време, но в приложената брошура на производителя за PCR интегрираната система не е посочен Лицензиран софтуер за отчитане и наблюдение на PCR- реакцията в реално време, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
- 7.9.** Комисията констатира, по т.15 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва наличието на неограничени лицензи за потребители и индивидуално управление на потребителите, но в приложената брошура на производителя за PCR интегрираната система липсват доказателства за наличие на лицензиран софтуер и лицензи за потребители и индивидуално управление на потребителите, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
- 7.10.** Комисията констатира, по т.16 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва наличието на различни отчети за резултатите и функции за експортиране вкл. и сурови данни за целите на валидиране, но в приложената брошура на производителя за PCR интегрираната система не е посочено наличието на различни отчети за резултатите и функции за експортиране вкл. и сурови данни за целите на валидиране, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
- 7.11.** Комисията констатира, по т.6 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини, че в техническото си предложение участникът посочва, че апарата е приложим за автоматизирано пречистване на ДНК, РНК и протеини, но в приложената брошура на производителя за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини, не е посочено, че апарата автоматизирано пречиства протеини, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.

КОМИСИЯ

Бисела Стефанова

Елена Петрова

Елена Петрова

Елена Петрова

Марияна Вратова



- 7.12.** Комисията констатира, по т.7 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини, че в техническото си предложение участникът посочва, че апарата поддържа работна температура на екстракция, при температура на околната среда в интервал от 15 до 28 °С, но в приложената брошура на производителя за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини това не е видно, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
- 7.13.** Комисията констатира, по т.1 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, за Консумативите, че в техническото си предложение участникът посочва наличие на Готови PCR китове за детекция на *Salmonella spp*, включващ праймери, сонди и контроли за около 20-40 реакции, но участникът не е посочил каталожен номер или линк към продукта, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.
- 7.14.** Комисията констатира, по т.2 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, за Консумативите, че в техническото си предложение участникът посочва наличие на Кит за ДНК екстракция за около 50 реакции, но участникът не е посочил каталожен номер или линк към продукта, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.

**С оглед описаната констатация, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „Аналитичен Сервиз и Консултации “ ЕООД на основание чл.107, т.2, буква а) от ЗОП, тъй като участникът не е представил оферта, отговаряща на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **8. Участник „Ридаком“ ЕООД.**

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в т.17.5.4. от Инструкции към участниците: *Участникът представя Техническо предложение за изпълнение на поръчката с пълно описание на техническите характеристики на стоките, с които Участникът участва в процедурата по образец и попълнени колони: „Техническо предложение на участника“ и „Линкове или електронни адреси към предложението на участника“.*

*Техническото предложение трябва да бъде изготвено съобразно изискванията на документацията за участие, включително на изискванията на Раздел А: Техническо задание – предмет на договора.*

**КОМИСИЯ:**

Владислав Стефанов

Сениха Мазалджиева

Елена Петрова

Темелуга Делчовска

Марияна Вратованова

Техническото предложение на Участника следва да съдържа, за стоката, предмет на ценовата таблица, респективно и на Приложение №1, минимум: попълнено и подписано Приложение 1 „Технически спецификации и изисквания на Възложителя“, от Раздел А: Техническо задание. В Приложение 1, Участникът посочва техническите характеристики на предлаганата от него стока, както и производителя, марката и модела и линкове или електронни адреси; каталог (каталожни страници) или брошури на български език, съдържащ технически параметри и илюстрации (за апаратурата) на предлаганата стока. Посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1, както и на изискванията на Възложителя описани в Раздел А: Техническо задание. Всички параметри за отделните компоненти от Техническото задание, работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка трябва да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. За целта Участникът предоставя линкове или електронни адреси.

- 8.1.** Комисията констатира, че по т.3 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, предложената от участника PCR интегрирана система е с габаритен размер-височина 54,0 см., което не отговаря на заложените от възложителя изисквания за височина в интервал от 25 до 45 см.
- 8.2.** Комисията констатира, т.4 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва, че предложената от него PCR интегрирана система работи при условия на околната среда: влажност до 80%, без да посочва дали е с или без кондензация и не е посочена долна граница. През линка, даден от участника, е открита информация в ръководство за употреба, че апарата работи при 50% влажност, без да е уточнено дали е с или без кондензация, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя.
- 8.3.** Комисията констатира, т.5 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва Оптична система с 5 канала на възбуждане и детекция, със следните флуорисцентни канали и дължина на вълните: **FAM 470/40-515/30. В представената от участника оригиналната брошура на производителя е посочено FAM 470/750 nm, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно дължина на вълната на възбуждане да попада в интервал от  $\leq 460$  до  $\geq 635$  nm** и посочената информация в каталога (каталожните страници), да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики, а също и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя.
- 8.4.** Комисията констатира, по т.6 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва, че предложената от него PCR интегрирана система дава възможност за използване на 5 отделни LED светлинни източника, в комбинация с поне 5 различни детектиращи филтъра и високочувствителен детектор. Тази информация не може да бъде проследена в представената от участника оригиналната брошура на производителя, с

**КОМИСИЯ**

Весела Стефанова

Селима Павлаидисова

Елена Петрова

Таня Димитрова

Марияна Братованова

което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка, да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя.

- 8.5.** Комисията констатира, по т.7 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва времето за отчитане на сигнала, в предложената от него PCR интегрирана система 4 секунди. Тази информация не може да бъде проследена в представената от участника оригиналната брошура на производителя, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници) следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка, да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя.
- 8.6.** Комисията констатира, по т.9 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение за PCR интегрирана система участникът посочва средна скорост на нагряване  $3,3^{\circ}\text{C/s}$  и средна скорост на охлаждане  $2,1^{\circ}\text{C/s}$ , с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя - да нагрява със стъпка  $>6^{\circ}\text{C/s}$  и да охлажда със стъпка  $>3^{\circ}\text{C/s}$ .
- 8.7.** Комисията констатира, по т.15 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, че в техническото си предложение участникът посочва възможност за използване на софтуера от неограничен брой потребители и индивидуално управление на потребителите, но в приложената брошура на производителя за PCR интегрираната система не е посочено наличието на неограничени лицензи за потребители и индивидуално управление на потребителите, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
- 8.8.** Комисията констатира, по т.6 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини, че в техническото си предложение участникът посочва, че апарата е приложим за автоматизирано пречистване на ДНК, РНК, но не е посочено, че системата е приложима за автоматизирано пречистване на протеини. В приложената брошура на производителя за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини, не е посочено, че системата е приложима за автоматизирано пречистване на протеини, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка, да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя.
- 8.9.** Комисията констатира, по т.7 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини, че в техническото си предложение участникът посочва, че апарата поддържа работна температура на екстракция при температура на околната среда от  $18$  до  $30^{\circ}\text{C}$ , но в приложената брошура на

КОМИСИЯ



производителя за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини това не е видно, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.

**С оглед описаната констатация, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „Ридаком“ ЕООД на основание чл.107, т.2, буква а) от ЗОП, тъй като участникът не е представил**

оферта, отговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

#### **9. Участник „Ес Джи пи Био Дайнамикс“ ООД.**

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в т.17.5.4. от Инструкции към участниците: *Участникът представя Техническо предложение за изпълнение на поръчката с пълно описание на техническите характеристики на стоките, с които Участникът участва в процедурата по образец и попълнени колони: „Техническо предложение на участника“ и „Линкове или електронни адреси към предложението на участника“.*

*Техническото предложение трябва да бъде изготвено съобразно изискванията на документацията за участие, включително на изискванията на Раздел А: Техническо задание – предмет на договора.*

Техническото предложение на Участника следва да съдържа, за стоката, предмет на ценовата таблица, респективно и на Приложение №1, минимум: попълнено и подписано Приложение 1 „Технически спецификации и изисквания на Възложителя“, от Раздел А: Техническо задание. В Приложение 1, Участникът посочва техническите характеристики на предлаганата от него стока, както и производителя, марката и модела и линкове или електронни адреси; каталог (каталожни страници) или брошури на български език, съдържащ технически параметри и илюстрации (за апаратурата) на предлаганата стока. Посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1, както и на изискванията на Възложителя описани в Раздел А: Техническо задание. Всички параметри за отделните компоненти от Техническото задание, работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка трябва да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. За целта Участникът предоставя линкове или електронни адреси.

**9.1.** Комисията констатира, че по т.3 от Задължителната минимална техническа спецификация на отделните компоненти, предложената от участника PCR интегрирана система е с габаритен размер-дълбочина 42,0 см., което не отговаря на заложените от възложителя изисквания за дълбочина, в интервал от 45 до 55 см.

**С оглед описаната констатация, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника, „Ес Джи пи Био Дайнамикс“ ЕООД на основание чл.107, т.2, буква а) от ЗОП, тъй като участникът не е представил оферта, отговаряща на предварително обявените условия на поръчката.**

КОМИСИЯ

Весела Стефанова

Светлана Петрова

Елена Петрова

Темелуга Делчева

Марияна Братова

Комисията предлага на възложителя да прекрати процедура с номер ТТ001797 и предмет „Доставка на Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини“, на основание чл. 110, ал.1 т.2, защото всички оферти са неподходящи по смисъла на параграф 2, т. 25, предл.1 от ЗОП.

Работата на Комисията завърши на 21.11......2018 год. с подписване на настоящия протокол.


Настоящият протокол представлява цялостният и окончателен протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181, ал. 5 по реда на чл.106 от ЗОП.

Утвърждава протокол:

.....

Васил Трев

Изпълнителен директор на "Софийска вода" АД



КОМИСИЯ

Бисела Стефанова

Светла Пазалджиева

Елена Петрова

Теменуга денчовска

Марияна Братованова