

ОТДЕЛ „СНАБДЯВАНЕ“

РАЗЯСНЕНИЕ 1

До:	Всички фирми изтеглили пълния електронен комплект документация за участие и приложенията към нея по процедура ТТ001651	Дата:	14.07.2017г.
От:	Елена Петкова		
Тел:	02/8122 560	Факс:	02/8122 588;589

Разяснение по процедура с номер **ТТ001651** и предмет **„Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на йонхроматографска система за едновременен анализ на аниони и катиони в отпадъчни води, разработване на метод и обучение за работа с апарата“**.

Във връзка с постъпил въпрос от фирма, прилагаме следното разяснение:

Въпрос № 1:

В т. 8 на Техническа спецификация и изисквания на Възложителя Йон хроматографска система за анализ на питейни води, от т. 6 **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКИТЕ**, сте посочили необходимост от наличие на Химическа супресия с автоматизирана регенерация за потискане на фоновата проводимост с последващо отстраняване на CO₂. Бихте ли приели електрохимическа супресия с автоматизирана регенерация за потискане на фоновата проводимост с последващо отстраняване на CO₂, която по същество е на база електролитна химическа реакция?

Отговор на въпрос № 1:

Участниците следва се придържат към техническото задание.

С уважение,

Елена Петкова
Старши специалист „Снабдяване“

