

Покана за оферта 10020093

Относно:	Оферта за закупуване и доставка на стоки/услуги	От:	Мира Янкова
		Тел.:	0884 106 326
		E-mail:	mira.teneva@veolia.com
		Дата:	23.11.2023
		Стр.:	1
☐ Моля за спешен отговор			

Уважаеми дами и господа,

Моля, в срок до **5 работни дни**, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за на стоки, описани в Приложения към поканата:

№	Изделие	Количество	Ед. цена без ДДС/брой	Обща цена без ДДС
1.	Изработка и доставка на зъбни колела за филтърпреси * Цилиндрично зъбно колело с външно зацепване, еволвентен профил с прави зъби. Двън = 470мм. Ддел = 450мм. Двътр = 425мм. Брой зъби = 456р. Модул = 10 Дебелина В = 40мм Вътрешен отвор ф = 67мм Шпонков канал - 20х6мм. Материал СТ45, без термообработка	8 броя		
ОБЩО:				

1. Цените трябва да включват доставката, инсталацията, обучението и транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за изпълнение съгласно Incoterms 2020), както и всички разходи и такси, платими от "Софийска вода" АД. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

2. Място за доставка: гр. София, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово.

3. Офертата трябва да включва:

- **Срок на доставка:** съгласно офертата;
- **Срок на валидност на офертата** - в календарни или работни дни или до конкретна дата, не по-малко от **60 дни** от датата на получаване на офертата;
- **Срок и процедура за приемане на рекламации**, в случай, че е приложимо.

4. Офертата трябва да бъде придружена с:

- Всички приложими изискуеми за фирмата или стоките разрешителни, сертификати, декларации за съответствие със съответните стандарти и други документи; в случай, че е приложимо.
- Сертификат за качество – в случай, че е приложимо.
- Декларация за съответствие – в случай, че е приложимо.

5. Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условия за покупки на Софийска вода АД, съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката. Изпълнителят се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците. Условията за покупки и Общите принципи за отношения с доставчиците са публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: <https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha>

6. Начин на плащане: 100% след извършване на доставката, в срок до 60 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.

7. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване на оферти по имейл или деловодството на „Софийска вода“ АД, гр. София 1618, бул. Цар Борис III, №159, на вниманието на Мира Янкова. Работното време на деловодството е от 8:00 до 16:30 часа.

8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка: предложена най-ниска цена

9. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!

Благодарим предварително!

Приложения:

- Приложение 1 - Скица зъбни колела

С уважение,

Мира Янкова
Старши специалист „Логистика, пазари
и мониторинг на договорите“

Свилен Габровски
Директор „Логистика и снабдяване “

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

„Доставка на настолен оксиметър“

Подробни технически спецификации и изисквания:

1. Да е настолен уред с наличен стабилен статив за електрода;
2. Наличие на осветяем графичен дисплей от течен кристал;
3. Наличие на ръчно запаметяване на най- малко 500 измервания;
4. Наличие на автоматично запаметяване на най- малко 5000 измервания;
5. Наличие на автоматична система за калибриране в калибрационен съд;
6. Наличие на запаметяване на резултатите на най- малко 10 калибрания;
7. Наличие на вграден сензор за измерване на барометрично налягане;
8. Наличие на автоматична температурна компенсация;
9. Наличие на автоматичен контрол на дрейфа;
10. Наличие на интерфейс USB;
11. Да измерва кислород в концентрационен обхват от 0.00 до най- малко 20.00 mg/l $\pm$ 0,5 %;
12. Насищане с кислород от 0,00 до най-малко 600% $\pm$ 0,5 %;
13. Парциално налягане от 0,00 до най- малко 200 mbar; от 0 до най- малко 1250 hPa;
14. Да работи при температура от най- много минус 5°C до поне 105°C $\pm$ 0,1°C;
15. Наличие на саморазбъркващ кислороден електрод, който едновременно да разбърква пробата и да измерва;
16. Кислородния електрод да е подходящ за бързи и серийни измервания;
17. Кислородния електрод да е в незабавна готовност и да не изисква време за поляризация и калибриране с нулева проба.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

„Доставка на портативен мултипараметричен уред за измерване на разтворен кислород, рН и електропроводимост“

Подробни технически спецификации и изисквания:

1. Да е преносим, многопараметричен уред, подходящ за измерване в лабораторни условия и на открито;
2. Възможност за измерване на рН, редокс-потенциал, проводимост, разтворен кислород и температура;
3. Възможност за измерване на рН в обхват от 2.000 до 20.000 рН;
4. Възможност за калибриране за рН в поне 5 точки;
5. Калибрирането на рН да може да се извършва с буферни разтвори от различни производители;
6. Наличие на памет за най-малко 10 калибрирования;
7. Точност на измерване на рН не повече от ± 0.004 рН;
8. Възможност за измерване на разтворен кислород от 0 до поне 20.00 mg/l;
9. Наличие на вграден барометричен сензор;
10. Точност на измерване на разтворен кислород, не по-голяма от $\pm 0.5\%$ от измерената стойност;
11. Възможност за измерване на проводимост от 0 до поне 2000 ms/cm;
12. Възможност за измерване на проводимост от 0 до поне 19.99 $\mu\text{s/cm}$;
13. Точност на измерване на проводимост, не по-голяма от $\pm 0.5\%$ от измерената стойност;
14. Възможност за безжично измерване, посредством свързването на Bluetooth електроди;
15. Наличие на цветен графичен дисплей;
16. Наличие на устройство за запаметяване на данни;
17. Възможност за запаметяване на поне 500 данни ръчно и най-малко 4500 данни-автоматично;
18. Наличие на USB in интерфейс;
19. Наличие на клас за защита IP67;
20. Наличие на професионален профилиран куфар;
21. Наличие на цифров IDS оптичен кислороден електрод;
22. Наличие на статив и съд за измерване;