

**Покана за оферта 10022821**

	<b>От:</b> Мира Янкова
	<b>Тел.:</b> 0884 106 326
	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:mira.teneva@veolia.com">mira.teneva@veolia.com</a>
	<b>Дата:</b> 24.04.2024
<b>Относно:</b> Оферта за закупуване и доставка на стоки/услуги	<b>Стр.:</b> 3

**Моля за спешен отговор**

**Уважаеми дами и господа,**

Моля, в срок до **5 работни дни**, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за на стоки, описани в Приложения към поканата:

№	Изделие	Количество	Ед. цена без ДДС/брой	Обща цена без ДДС
1.	<b>Доставка на двуканален мултипараметричен цифров уред за измерване на разтворен кислород, рН и електропроводимост – спецификация по приложение 1</b>	1 брой		

**1. Цените трябва да включват** доставката, инсталацията, обучението и транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за изпълнение съгласно Incoterms 2020), както и всички разходи и такси, платими от "Софийска вода" АД. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

**2. Място за доставка:** Гр. София 1278, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово, ЛИК Отпадъчни води.

**3. Офертата трябва да включва:**

- **Срок на доставка: не повече от 7 седмици, от датата на поръчка;**
- **Гаранционен срок: минимум 36 месеца на уредите и 24 месеца на електродите за измерване на разтворен кислород.**
- **Срок на валидност на офертата** - в календарни или работни дни или до конкретна дата, не по-малко от **60 дни** от датата на получаване на офертата;
- **Срок и процедура за приемане на рекламации**, в случай, че е приложимо.

**4. Офертата трябва да бъде придружена с:**

- Всички приложими изискуеми за фирмата или стоките разрешителни, сертификати, декларации за съответствие със съответните стандарти и други документи; в случай, че е приложимо.
- Сертификат за качество – в случай, че е приложимо.
- Декларация за съответствие – в случай, че е приложимо.

**5. Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условия за покупки на Софийска вода АД**, съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката. Изпълнителят се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците. Условията за покупки и Общите принципи за отношения с доставчиците са публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: <https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha>

**6. Начин на плащане:** 100% след извършване на доставката, в срок до 60 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.

**7. Указания за подаване на офертата:** в определения по-горе срок за подаване на оферти по имейл или деловодството на „Софийска вода“ АД, гр. София 1618, бул. Цар Борис III, №159, на вниманието на Мира Янкова. Работното време на деловодството е от 8:00 до 16:30 часа.

**8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка:** предложена най-ниска цена

**9. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!**

**Благодарим предварително!**

Приложения:

- Приложение 1 - Технически спецификации на настолен оксиметър

С уважение,

Мира Янкова  
Старши специалист „Логистика, пазари  
и мониторинг на договорите“

Свилен Габровски  
Директор „Логистика и снабдяване “

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### „Доставка на двуканален мултипараметричен цифров уред за измерване на разтворен кислород, рН и електропроводимост“

#### Подробни технически спецификации и изисквания:

1. Да е настолен лабораторен цифров многопараметричен уред;
2. Да извършва измерване на рН, редокс потенциал, проводимост, разтворен кислород, температура, мътност, йон-селективни измервания;
3. Измерването на разтворен кислород да е с оптичен сензор;
4. Да има възможност за едновременно включване на 2 сензора;
5. Наличие на графичен цветен и осветяем дисплей;
6. Наличие на антибактериална клавиатура;
7. Наличие на възможност за безжично измерване;
8. Наличие на функция за автоматично разпознаване на свързания сензор;
9. Възможност за запамяване на поне 500 данни ръчно и най-малко 10 000 данни автоматично;
10. Наличие на поне 2 бр. USB мини интерфейс;
11. Захранването да е с батерии и адаптер;
12. Възможност за запамяване на поне 10 калибрания;
13. Наличие на калибрационен таймер;
14. Наличие на автоматичен или ръчен контрол на дрейфа;
15. Възможност за калибриране за рН в поне 5 точки;
16. Калибрирането на рН да може да се извършва с буферни разтвори от различни производители;
17. Уредът да е окомплектован с цифров оптичен електрод за разтворен кислород (за измерване в обхват от 0.00 mg/l до най-малко 20.00 mg/l  $\pm$  0.5 %), цифров рН електрод (за измерване на рН в обхват от 0 до 14), електродна кондуктивна клетка (за измерване на електропроводимост в обхват от най-много 10  $\mu$ S/cm до поне 2000 mS/cm  $\pm$  0.5 %);

Гаранционен срок: 36 месеца на уреда и 24 месеца на електродите за измерване на разтворен кислород и електропроводимост.