

**ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"****РАЗЯСНЕНИЕ 2**

До:	Всички фирми изтеглили пълния електронен комплект документация за участие и приложенията към нея по процедура ТТ001628	Дата:	09.06.2017
От:	Звезделина Борисова		
Тел:	02/81 22 182	Факс:	02/81 22 588/589

Разяснение по процедура с номер **ТТ001628** и предмет **„Доставка на реагенти, референтни материали, среди, щамове, стъклария и консумативи за химични и биологични анализи“**.

Във връзка с възникнали въпроси на фирми, изтеглили пълният електронен комплект документация за участие в процедурата, отнасящи се до Обособена позиция 1 Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стъклария и консумативи, прилагаме следното разяснение:

Въпрос №1: Подпозиция 607, липсва каквото и да е посочване на техническа характеристика. Липсва и ред за тази подпозиция.

Разяснения по въпрос №1:

В техническото задание и в ценовата таблица от документацията за обществена поръчка по Обособена позиция 1 с предмет „Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стъклария и консумативи“ **няма** подпозиция 607.

Въпрос №2:

Подпозиция 753 и 804, не е посочено описание на минималната техническа спецификация. За подпозиция 889 липсва описание за минимална техническа спецификация, както и изискване за разфасовка.

Разяснения по въпрос №2:

В съответствие с посоченото в т.18.5.3. от инструкциите към участниците в документацията за обществена поръчка: „В случай, че възложителят е отбелязал „-“ в колона „минимална техническа спецификация“, Участникът следва да попълни в колона „технически характеристики“ минимум наименованието на стоката, дадено от Възложителя, като потвърждение от Участника, че предлага съответната стока.

Относно позиции 753, 804, 889, липсата на описание следва да се разбира, като „-“. За позиции 804 и 889 участниците следва да посочат разфасовка за брой.

Въпрос №3:

Подпозиции №312 и 313 Mineral Oil Standard mixture, Type A and B acc to DIN ISO 9377-2, 10mg/ml в хексан и хептан –следва да се обоснове нуждата от изискваната спецификация за сертифицирани референтни материали.



Разяснения по въпрос №3:

Относно подпоз. 312 и 313 – стандартите се използват конкретно за метода за изпитване, който се прилага ISO 9377-2. В спазване на изискванията на СД Ръководство 99 на ISO/IEC „Международен речник по метрология за калибриране на лабораторния уред задължително се използва сертифициран референтен материал с цел осигуряване на метрологична проследимост на резултатите.

Въпрос №4:

Подпозиция 320 – Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) стандартен разтвор 16 компонента / Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benzo(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluoranthene; Benzo(ghi)perylene; Benzo(a)pyrene; Chrysene; Dibenzo(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene/е посочена разфасовка 1.2 мл. В случай че такава опаковка (1.2 мл) не се произвежда, ще бъде ли приета опаковка от 1 мл.

Разяснения по въпрос №4:

В случай, че опаковка от 1,2 мл вече не се произвежда, Възложителят би приел разфасовка от 1 мл.

Въпрос №5:

Подпозиция 347 Синтетична утайка със съдържание за: рН; летливи вещества, сух остатък, сяра, фосфор, общ азот /Келдалов азот/, Кадмий, Мед, Никел, Олово, Цинк, Живак, Хром, Арсен, Селен, Молибден, Алуминий, Кобалт, Калций, Магnezий, Манган, Калий, Желязо, Антимон, Барий, Берилий, Бор, Сребро, Натрий, Стронций, Талий, Калай, Ванадий, следва да се уточни концентрацията на посочените елементи в синтетичната утайка и да се предложи повече информация за продукта.

Разяснения по въпрос №5:

В съответствие с посоченото в т.18.5.3. от инструкциите към участниците в документацията за обществена поръчка: „В случай че възложителят е отбелязал „-“ в колона „минимална техническа спецификация“, Участникът следва да попълни в колона „технически характеристики“ минимум наименованието на стоката, дадено от Възложителя, като потвърждение от Участника, че предлага съответната стока“.

Въпрос №6:

Подпозиция 599 Адхезивен филм/ленти за микроплаки и PCR plates, не е уточнен материала на филма и вида на плаките, за които ще се ползва.

Разяснения по въпрос №6

Възложителят няма конкретни изисквания. Участникът следва да оферира по свое усмотрение, като се придържа към минималната техническа спецификация, посочена в документацията за обществена поръчка.

Въпрос №7:

Подпозиция 690 Имерсионно масло за микроскоп NIKON E 200, не е уточнен обем на опаковката. Не е ясно възложителят ще приеме ли универсално импресионно масло за микроскопиране.

Разяснения по въпрос №7

Възложителят няма изискване към обема на опаковката. Възложителят ще приеме универсално имерсионно масло. Участникът следва да оферира по свое усмотрение, като се придържа към минималната техническа спецификация, посочена в документацията за обществена поръчка.,



Въпрос №8:

Подпозиция 872 Резервоар за течности, за многоканална пипета, не е уточнен обема на резервоара и дали същият трябва да е стерилен или нестерилен.

Разяснения по въпрос №8

Възложителят няма конкретни изисквания. Участникът следва да оферира по свое усмотрение, като се придържа към минималната техническа спецификация, посочена в документацията за обществена поръчка.

Въпрос №9:

Подпозиция 876 Сито, размер на отвора 100-200 мм, не е уточнен размера на порите

Разяснения по въпрос №9

Възложителят няма конкретни изисквания. Участникът следва да оферира по свое усмотрение, като се придържа към минималната техническа спецификация, посочена в документацията за обществена поръчка.

Въпрос №10:

Подпозиция 877 Силиконова смазка за стъклария, не е уточнен вискозитета и обема на опаковката.

Разяснения по въпрос №10

Възложителят няма конкретни изисквания. Участникът следва да оферира по свое усмотрение, като се придържа към минималната техническа спецификация, посочена в документацията за обществена поръчка.

Въпрос №11:

Подпозиция 896 Стъклена кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 10 мм, 897 - Стъклена кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 20 mm, 898 Стъклена кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 40 mm; 899 – Стъклена кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 50 mm не е ясно какъв обем диапазон трябва да покрива стъклената кювета за спектрофотометър, дължина на оптичния път 10 мм – от 1.5 до 3 мл или от 2.5 до 4.5 мл.

Разяснения по въпрос №11

Възложителят няма конкретни изисквания към вместимостта на кюветите. Участникът следва да оферира по свое усмотрение, като се придържа към минималната техническа спецификация, посочена в документацията за обществена поръчка.

Въпрос №12

Подпозиция 1003 Шпатули, метални, 210 мм, следва да се уточни вида на шпатулата.

Разяснения по въпрос №12

Възложителят няма допълнителни изисквания. Участникът следва да се придържа към минималната техническа спецификация, посочена в документацията за обществена поръчка.

С уважение,



Звезделина Борисова
Старши специалист
"Снабдяване"